BRASSELER USA®

Triton Irrigation Solution
Date Issue: 05-2025

REF 5028425U0

Rx ONLY

BrasselerUSA.com/eIFU

Instructions For Use

Device Description

Triton is a two-part, dual-action root canal cleanser. The mixed solution cleanses and debrides the root canal system by removing the organic and inorganic debris during and after endodontic instrumentation.

Indications For Use

Triton is used for debridement, removing the smear layer, and cleansing the root canal system.

Instructions For Use

First Time Use

1. Upon receiving the bottle, remove both caps and puncture the induction seals.
2. Position the provided luer cap so that the letters/symbols on the Triton logo side of the cap line up with the letters/symbols on the bottle. Insert the cap straws into the bottles. Push down and snap luer cap into place.
3. Prime the bottle fluid lines by attaching a syringe to the male threads (push down and screw on clockwise) and drawing until fluid enters the syringe. Discard the first syringe.
4. Place bottle in refrigerator.

Continuous Use

5. Prior to each procedure, attach preferred luer-lock syringe to luer cap and draw back. Syringe will fill with Triton.
6. Once syringe is full, disconnect from the cap. Attach preferred single-use irrigating needle tip securely to the syringe and check for flow prior to intraoral use. Allow filled syringe to come to room temperature prior to use.
7. Place bottle in refrigerator after filling syringe.

8. Irrigate canals as needed throughout instrumentation ensuring that ample solution is used between instrument changes. Irrigating solution should be always present in the access cavity. Instrument canal to at least a size 30 to ensure the needle tip does not bind. Place the irrigating needle without binding close to but not past the working length. A final continuous irrigation using Triton solution for 60-90 seconds is recommended.
9. Perform a final irrigation of canals with water.
10. Dry each canal using paper points or micro-aspirator.
11. Seal and obturate as normal.
12. Dispose of Triton-filled syringe following use. Syringes and tips should not be reused. Use a new syringe every time Triton is drawn from the bottles to prevent cross-contamination. NOTE: Once filled in a syringe, Triton is stable for 1 hour.

Storage

- Store Upright
- Store solution at 2°C/36°F to 8°C/46°F.

Warnings

- Corrosive.
- Avoid contact with skin and eyes.
- Not for use as a general disinfectant and should not be used as such.
- Not to be used as an oral rinse.
- Do not use on patients with known sensitivities or allergies to the ingredients.
- Harmful if swallowed.
- Not to be injected into soft tissue.
- Not intended to be used with other endodontic irrigating solutions. If clinician chooses to use another irrigating solution, rinse with water prior to use.
- Always store upright with the cap securely in place.
- Avoid inhalation or accidental ingestion.
- Keep out of reach of children.
- Wear protective gloves/eye protection/face protection/protective clothing when handling this product.
- Avoid release to the environment.
- Follow all government regulations for waste disposal.

- Use Triton as indicated. Reducing the dosage will not achieve effective cleaning.
- Not indicated for vital pulp therapy.
- Use on fractured or perforated apices with positive pressure may result in a hypochlorite accident.
- As with all sodium hypochlorite-based endodontic irrigating solutions, extrusion past the apex can cause extreme harm.

Precautions

- U.S. law restricts the sale of this device to a dentist or clinician.
- Use of a rubber dam or protective device is recommended. If proper isolation cannot be established, do not use these solutions.
- Do not use after expiration date.
- Avoid contact with clothes and fabric as staining will occur.
- Do not extend irrigating needle tips past apex or express Triton past apex.
- Do not discharge under back-pressure or bind irrigating needle tip during irrigation.
- All root canal procedures should be performed with sufficient visibility.
- Do not reuse syringe and/or irrigating needle tip.
- When filling syringes from luer cap on bottle, do not use if air bubbles are entering the syringe. This will happen when the bottle is near empty.

Product Symbols

SYMBOL	MEANING (STANDARD, IF APPLICABLE)
	Manufacturer / Legal Manufacturer (ISO 15223-1)
	Catalogue number (ISO 15223-1)
	Batch code (ISO 15223-1)
	Quantity (N/A)
	Use-by date (ISO 15223-1)
	Do not use if package is damaged (ISO 15223-1)
	Consult instructions for use or electronic instructions for use (ISO 15223-1)
	Caution (ISO 15223-1)
	Keep dry (ISO 15223-1)
	Temperature limit (ISO 15223-1)
	Avoid direct light (ISO 15223-1)
	Hazard Substance (GHS)
	Corrosive (GHS)
Rx ONLY	Restricted sale by or on the order of a licensed healthcare practitioner

Glossary of Symbols can be found at
Brasselerusadental.com/resources

Inter-Med, Inc.
2200 South St
Racine, WI 53404 USA
Tel: +1-262-636-9755

Made in USA

Manufactured for
Brasseler U.S.A. Dental, LLC
One Brasseler Blvd
Savannah, GA 31419 U.S.A.
Toll Free: 800-841-4522
Fax: 888-610-1937
BrasselerUSA.com

BRASSELER USA®

Solution d'irrigation Triton
Publication : 05/2025

REF 5028425U0 Usage professionnel

BrasselerUSA.com/elFU

Mode d'emploi

Description de la solution

La solution Triton est un nettoyant canalaire double action bi-éléments. La solution mélangée nettoie et débride le système canalaire radiculaire en éliminant les débris organiques et inorganiques pendant et après l'utilisation d'un instrument endodontique.

Indications d'utilisation

La solution Triton est utilisée pour le débridement, l'élimination de la boue dentinaire et le nettoyage du système canalaire radiculaire.

Mode d'emploi

Première utilisation

1. Lorsque le flacon est neuf, retirez les deux bouchons et percez l'opercule.
2. Positionnez le capuchon Luer fourni de manière à ce que les lettres/symboles côté logo Triton du capuchon s'alignent avec les lettres/symboles sur le flacon. Insérez les tubes dans les réservoirs. Appuyez sur le capuchon à raccord Luer pour l'enclencher.
3. Amorcez les tubes de liquide du flacon en installant une seringue sur les filetages mâles (appuyez et vissez) et en aspirant jusqu'à ce que le liquide entre dans la seringue. Jetez la première seringue.
4. Placez le flacon au réfrigérateur.

Utilisation continue

5. Avant chaque procédure, installez votre seringue Luer-Lock sur le capuchon Luer et aspirez. La seringue se remplit de solution.
6. Une fois la seringue pleine, retirez-la du capuchon. Placez soigneusement un embout d'aiguille d'irrigation à usage unique sur la seringue et vérifiez le débit avant l'utilisation dans la bouche. Laissez la seringue remplie atteindre la température ambiante avant utilisation.
7. Placez le flacon au réfrigérateur après avoir rempli la seringue.

8. Irriguez les canaux selon les besoins à l'aide de l'instrument en veillant à utiliser suffisamment de solution entre les changements d'instrument. De la solution d'irrigation doit toujours être présente dans la cavité d'accès. Préparer le canal jusqu'à une taille d'au moins 30 pour éviter que l'extrémité de l'aiguille ne se coince. Placez l'aiguille d'irrigation, sans la coincer, jusqu'a la longueur de travail mais sans dépasser celle-ci. Il est recommandé d'effectuer une irrigation finale continue avec la solution Triton pendant 60 à 90 secondes.
9. Effectuez à une dernière irrigation des canaux avec de l'eau.
10. Séchez chaque canal à l'aide de pointes papier ou d'un micro-aspirateur.
11. Scellez et obturez normalement.
12. Jetez la seringue contenant la solution Triton après utilisation. Les seringues et les embouts ne doivent pas être réutilisés. Utilisez une seringue neuve à chaque prélèvement de solution Triton dans le flacon pour éviter toute contamination croisée. NOTE : Une fois la seringue remplie, la solution Triton reste stable pendant 1 heure.

Stockage

- Conserver à la verticale
- Conserver la solution entre 2 et 8°C (36 et 46°F).

Avertissements

- Solution corrosive.
- Éviter tout contact avec la peau et les yeux.
- Ne doit pas être utilisée comme désinfectant général.
- Ne pas utiliser comme liquide de rinçage de la bouche.
- Ne pas utiliser sur les patients présentant des sensibilités ou des allergies connues aux ingrédients.
- Nocif en cas d'ingestion.
- Ne pas injecter dans les tissus mous.
- Non destinée à être utilisée avec d'autres solutions d'irrigation endodontique. En cas de recours à une autre solution d'irrigation, rincez à l'eau avant utilisation.
- Conserver toujours à la verticale, le bouchon bien en place.
- Éviter toute inhalation ou ingestion accidentelle.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Porter une protection des mains, des yeux, du visage, des vêtements de protection lors de la manipulation de ce produit.

- Éviter tout rejet dans l'environnement.
- Respectez toutes les réglementations gouvernementales en matière d'élimination des déchets.
- Utiliser la solution Triton selon les préconisations. La réduction du dosage ne permet pas d'obtenir un nettoyage efficace.
- Non indiqué pour le traitement de la pulpe vitale.
- L'utilisation sur des apex fracturés ou perforés avec une pression positive peut entraîner un accident d'hypochlorite.
- Comme avec toutes les solutions d'irrigation endodontique à base d'hypochlorite de sodium, une extrusion au-delà de l'apex peut entrainer des dommages extrêmes.

Mises en garde

- La loi américaine limite la vente de cette solution aux dentistes ou cliniciens.
- L'utilisation d'une digue dentaire ou d'un dispositif de protection est recommandée. Ne pas utiliser cette solution si une isolation adéquate ne peut être établie.
- Ne pas utiliser après la date d'expiration.
- Éviter tout contact avec les vêtements et les tissus au risque de faire apparaitre des taches.
- Ne pas faire aller l'embout des aiguilles d'irrigation au-delà de l'apex ni diffuser la solution au-delà de l'apex.
- Ne pas faire sortir sous une contre-pression ni coincer l'embout d'aiguille d'irrigation pendant la procédure.
- Toutes les procédures de canal radiculaire doivent être effectuées avec une visibilité suffisante.
- Ne pas réutiliser la seringue et/ou l'embout de l'aiguille d'irrigation.
- Ne pas utiliser la solution si des bulles d'air apparaissent dans la seringue lors du remplissage via le bouchon à raccord Luer du flacon. Cette entrée de bulles se produit lorsque le flacon est presque vide.

Symboles des produits

SYMBOLE	SIGNIFICATION (NORME, LE CAS ÉCHÉANT)
	Fabricant / Fabricant légal (ISO 15223-1)
	Réf au catalogue (ISO 15223-1)
	Code de lot (ISO 15223-1)
	Quantité (S.O.)
	DLU (ISO 15223-1)
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé (ISO 15223-1)
	Consultez la notice d'utilisation ou la notice électronique d'utilisation (ISO 15223-1)
	Mise en garde (ISO 15223-1)
	Conserver au sec (ISO 15223-1)
	Limite de température (ISO 15223-1)
	Protéger des rayons du soleil (ISO 15223-1)
	Substance dangereuse (GHS)
	Corrosive (GHS)
Usage professionnel	Vente restreinte réservée aux professionnels de la santé autorisés

Le glossaire des symboles est disponible sur
Brasselerusadental.com/resources

Inter-Med, Inc.
2200 South St
Racine, WI 53404 États-Unis
Tél. : +1-262-636-9755

Fabriqué pour
Brasseler U.S.A. Dental, LLC
One Brasseler Blvd
Savannah, GA 31.419 USA.
N° gratuit : 800-841-4522
Fax : 888-610-1937
BrasselerUSA.com

Fabriqué aux USA 317028-I-BR-ENG (3)