

EN - Safety Data Sheet

Trade Name: **EndoSequence® BC Liner™**

1.0 Commercial Product Name and Supplier																		
1.1	Commercial product	Code																
	EndoSequence® BC Liner™ 5ml 1P	5027169U0																
	EndoSequence® BC Liner™ Blue 5ml 1P	5027706U0																
1.2	Application / Use	Dental material for use by dental professional only.																
1.2.2	SIC	851 Human health activity																
1.2.3	Use Category	55																
1.3	Manufactured for: Brasseler U.S.A. Dental, LLC One Brasseler Boulevard Savannah, Georgia 31419 USA	Telephone: 1-800-841-4522																
1.4	Emergency Telephone Number	1-800-841-4522																
2.0 Hazards Identification																		
2.1	Classification																	
2.1.1	Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008 [CLP]	<table><tr><th>Hazard Class</th><th>Hazard Category</th><th>Hazard Statement</th></tr><tr><td>Eye irritation</td><td>2</td><td>H319</td></tr><tr><td>STOT SE</td><td>3</td><td>H335</td></tr><tr><td>Skin irritation</td><td>2</td><td>H315</td></tr><tr><td>Skin sensitization</td><td>1</td><td>H317</td></tr></table>	Hazard Class	Hazard Category	Hazard Statement	Eye irritation	2	H319	STOT SE	3	H335	Skin irritation	2	H315	Skin sensitization	1	H317	
Hazard Class	Hazard Category	Hazard Statement																
Eye irritation	2	H319																
STOT SE	3	H335																
Skin irritation	2	H315																
Skin sensitization	1	H317																
2.2	GHS Label Elements																	
	Hazard Pictograms																	
																		
	Signal Word: WARNING																	
	Restricted to use by dental professional only.																	
	Hazard Statements																	
	H319: Eye irritation. 2. May cause eye irritation.																	
	H335: STOT SE. 3. May cause respiratory irritation.																	
	H315: Skin irritation. 2. May cause skin irritation.																	
	H317: Sensitization. 1. May cause an allergic skin reaction.																	
	Precautionary Statements																	
	P261: Avoid breathing vapor.																	
	P280: Wear protective gloves and eye protection																	
	P305+P351+P338: If in eyes, rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.																	

EN - Safety Data Sheet

Trade Name: **EndoSequence® BC Liner™**

P337+P317: If eye irritation persists, get medical help.

P302+P352: If on skin, wash with plenty of soap and water.

P333+P317: If irritation or rash occurs, get medical help.

P410+P411: Protect from sunlight. Store at temperature not exceeding 27°C / 80°F.

3.0 Composition

3.1 Chemical characterization Bioactive ionic resin with reactive glass filler

3.2 Hazardous ingredients

CAS Number	Name of the Ingredient	Concentration (%) BASE /LINER	Classification per Regulation (EC) No.1272/2008 (CLP).
Proprietary	Blend of diurethane and other methacrylates with modified polyacrylic acid	53.20	Eye irritation, 2, H319 STOT SE 3, H335 Skin irritation, 2, H315 Skin sensitization, 1, H317
12945-52-5	Silica, amorphous	3.00	Eye irritation, 2, H319 STOT SE 3, H335 Skin irritation, 2, H315
7681-49-4	Sodium fluoride	0.90	Acute toxicity, 4, H302 Skin irritation, 2, H315 Eye irritation, 2, H319

4.0 First Aid Measures

4.1	General Information	May be irritating to eyes, respiratory system and skin. Avoid contact with eyes and skin. Do not inhale vapors. May cause sensitization by skin contact. Show this safety data sheet to medical personnel. Get medical attention in case of uncertainty.
4.2	Inhalation	Move to fresh air. If necessary, administer oxygen and/or artificial respiration. Seek medical attention.
4.3	Skin Contact	Take off contaminated clothing. Wash skin thoroughly with soap and water.
4.4	Eye Contact	Keep eyelids apart; flush with running water for 15+ minutes. Get medical attention.
4.5	Ingestion	Rinse mouth with water. Do not induce vomiting. Get immediate medical attention. May be irritating to mucous membranes. Never give anything by mouth to an unconscious person.
4.6	Precautions for first responders	Ventilate the area. Wear eye and skin protection.
4.7	Information for physicians	
	Symptoms	Irritation or redness in eyes, throat or on skin.
	Hazards	May be irritating to eyes, respiratory system and skin. May cause sensitization by skin contact.
	Treatment	As above under First Aid.

EN - Safety Data Sheet

Trade Name: **EndoSequence[®] BC Liner[™]**

5.0 Fire Fighting Measures		
5.1	Suitable extinguishing media	Carbon dioxide, dry chemical, alcohol foam, or water fog. Water spray may be used to keep fire exposed containers cool.
5.2	Extinguishing media to avoid	Do not use direct water stream
5.3	Special exposure hazards in a fire	Heat may cause polymerization with rapid release of energy.
5.4	Special protective equipment for fire-fighters	Self-contained breathing apparatus
6.0 Accidental Release Measures		
6.1	Personal precautions	Wear safety glasses, gloves and lab coat.
6.2	Environmental precautions	Avoid releasing large amounts of uncured material into the environment. Cured / set- up material is, to our knowledge, inert.
6.3	Method for clean up	Contain spilled material. Absorb or wipe up spill with suitable material (paper towels or cloths). Collect for disposal in a covered container. Wash area of spill with alcohol or soap and water.
7.0 Handling and Storage		
7.1	Handling	For use only by dental professionals. Follow good hygiene practices. Avoid direct / strong light sources, temperature extremes (>27°C/80°F, <5°C/40°F), contamination, cross contamination. Recap immediately after use.
7.2	Storage	Store product tightly capped in original container at cool room temperature (<25°C). Shelf life for unopened product is two years from date of manufacture provided that the material has been stored properly.
7.3	Specific uses	Dental material
8.0 Exposure Controls / Personal Protection		
8.1	Exposure limit values	PEL: Not established. TLV: Not established.
8.2	Exposure controls	
8.2.1	Occupational exposure controls	No special equipment required under normal conditions of use
8.2.1.1	Respiratory protection	Good general ventilation is sufficient to control any airborne vapors.
8.2.1.2	Hand protection	No special requirements other than the usual surgical gloves worn by dental staff.
8.2.1.3	Eye protection	No special requirements other than the usual safety glasses worn by dental staff.
8.2.1.4	Skin protection	Good personal hygiene and safety practices; wearing a lab coat.
8.2.1.5	Other controls	Emergency eye wash fountain should be available. Wash hands after use.
9.0 Physical and Chemical Properties		
8.2.2	Environmental exposure controls	Cure material before disposing.
9.1	Characteristics	

EN - Safety Data Sheet

Trade Name: **EndoSequence® BC Liner™**

9.1.1 Appearance /Color / Physical state

	BASE /LINER
Part A	Yellowish paste
Part B	Off white paste

9.1.2 Odor Faint, characteristic

9.2 Important health, safety and environmental information

9.2.1 pH Not determined

9.2.2 Boiling point Not determined

9.2.3 Flash point Not determined

9.2.4 Flammability (solid, gas) Not applicable

9.2.5 Explosive properties Not applicable

9.2.6 Oxidizing properties Not determined

9.2.7 Vapor pressure < 1 mm Hg

	BASE /LINER
Part A	1.460
Part B	1.380

9.2.9 Solubility in water Nil

9.2.10 Partition coefficient Not determined

9.2.11 Viscosity Not determined

9.2.12 Vapor density Not determined

9.2.13 Evaporation rate Not determined

10.0 Stability and reactivity

10.1 Conditions to avoid Temperature > 38°C, intense light, cross-contamination.

10.2 Materials to avoid Reducing and oxidizing agents, peroxides, amines.

10.3 Hazardous decomposition products Under fire conditions and with amounts greater than that supplied in this product, hazardous polymerization may occur with heat build-up and release of carbon monoxide, carbon dioxide, and oxides of nitrogen.

10.4 Further information Stable material if stored and used as directed. Polymerization will occur when light- cured material is exposed to direct light.

11.0 Toxicological information

11.1 Acute toxicity Finished product in paste form presents a minimal health hazard under normal conditions of use and in the quantities necessary for dental restoration. Sodium fluoride: Oral rat LD₅₀: 180 mg/kg;
Silica, amorphous: Oral rat LD₅₀: 3160 mg/kg

11.2 Irritation and corrosiveness May be irritating to eyes, respiratory tract, mucous membranes or skin on contact or

EN - Safety Data Sheet

Trade Name: **EndoSequence® BC Liner™**

		with prolonged exposure.
11.3	Sensitization	May be sensitizing. Prolonged or frequent skin contact may cause allergic skin reactions in some susceptible individuals.
11.4	Sub-acute, sub-chronic and prolonged toxicity	Prolonged and/or frequent skin contact may cause allergic skin reactions in susceptible individuals. Prolonged exposure to large amounts (more than in this product) may cause eye and respiratory irritation.
11.5	Carcinogenicity, Mutagenicity, Reproductive Toxicity	None known
11.6	Empirical data	Biocompatibility has been tested and found to be acceptable.
12.0 Ecological Information		
12.1	Ecotoxicity	Avoid release of uncured material into the environment. To the best of our knowledge, polymerized material is inert. No other information is available. Follow all government regulations.
13.0 Disposal Considerations		
13.1	Regulations	Follow all local and national government regulations in disposing material or contaminated packaging.
14.0 Transport Information		
14.1	Restrictions	None. Not regulated.
15.0 Regulatory Information		
15.1	EU Regulations	Class IIa medical devices under MDD 93/42/EEC.
15.2	US FDA	Class II Medical Devices
15.3	Health Canada	Class III medical devices
16.0 Other Information		
16.1	Hazard Statements	H319: Eye irritation. Hazard category 2. H335: Specific Target Organ Toxicity - Single exposure; hazard category. 3. Respiratory tract irritation. H315: Skin irritation. Hazard category 2. H317: Skin Sensitization. Hazard category 1.
16.2	Precautionary Statements	P261: Avoid breathing vapor. P280: Wear protective gloves and eye protection P305 + P351+P338: If in eyes, rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P337 + P317: If eye irritation persists, get medical help. P302 + P352: If on skin, wash with plenty of soap and water. P333 + P317: If irritation or rash occurs, get medical help. P410 + P411: Protect from sunlight. Store at temperature ≤ 27°C / 80°F.

EN - Safety Data SheetTrade Name: ***EndoSequence[®] BC Liner[™]***

16.3	Restrictions on use	<i>EndoSequence[®] BC Liner[™]</i> to be sold to and used by dental professionals only.
16.4	Further information	The information presented herein is believed to be factual as it has been derived from the works of persons believed to be qualified experts. However, nothing contained in this information is to be taken as a warranty or representation for which Brasseler U.S.A. Dental, LLC bears legal responsibility. The user should review any recommendations in the specific context of the intended use to determine whether they are appropriate.
16.5	Sources of key data	National Institute for Occupational Safety (NIOSH) US Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Eur-Lex European Union Law: Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP), Regulation (EU) No 487/2013 and Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH). European Chemicals Agency Guidance on the compilation of safety data sheets Version 4.0 April 2020
16.6	Information which has been added, deleted or revised.	This Safety Data Sheet has been revised to meet the requirements of the GHS SDS format, Regulations (EC) No. 487/2013 (CLP), (EC) No. 1907/2006 (REACH) and ECHA Version 4.0 April 2020

FR - Fiche de données de sécurité

 Nom commercial : **EndoSequence[®] BC Liner[™]**

1.0 Nom et fournisseur du produit commercial																		
1.1	Produit commercial	Code																
	EndoSequence® BC Liner™ 5 ml 1P	5027169U0																
	EndoSequence® BC Liner™ bleu 5 ml 1P	5027706U0																
1.2	Application/utilisation	Matériau dentaire destiné à être utilisé uniquement par un professionnel dentaire.																
1.2.2	SIC	851 Activité sur la santé humaine																
1.2.3	Catégorie d'utilisation	55																
1.3	Fabriqué pour : Brasseler U.S.A. Dental, LLC One Brasseler Boulevard Savannah, Géorgie 31419 États-Unis	Téléphone : 1-800-841-4522																
1.4	Numéro de téléphone d'urgence	1-800-841-4522																
2.0 Identification des dangers																		
2.1	Classification																	
2.1.1	Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]	<table><tr><th>Classe de danger</th><th>Catégorie de danger</th><th>Déclaration relative aux dangers</th></tr><tr><td>Irritation oculaire</td><td>2</td><td>H319</td></tr><tr><td>STOT SE</td><td>3</td><td>H335</td></tr><tr><td>Irritation cutanée</td><td>2</td><td>H315</td></tr><tr><td>Sensibilisation cutanée</td><td>1</td><td>H317</td></tr></table>	Classe de danger	Catégorie de danger	Déclaration relative aux dangers	Irritation oculaire	2	H319	STOT SE	3	H335	Irritation cutanée	2	H315	Sensibilisation cutanée	1	H317	
Classe de danger	Catégorie de danger	Déclaration relative aux dangers																
Irritation oculaire	2	H319																
STOT SE	3	H335																
Irritation cutanée	2	H315																
Sensibilisation cutanée	1	H317																
2.2	Éléments de l'étiquette SGH																	
	Pictogrammes de danger																	
																		
	Terme d'avertissement : AVERTISSEMENT																	
	Ne doit être utilisé que par un professionnel dentaire.																	
	Mentions de danger																	
	H319 : Irritation oculaire. 2. Peut provoquer une irritation oculaire.																	
	H335 : STOT SE. 3. Peut provoquer une irritation des voies respiratoires.																	
	H315 : Irritation cutanée. 2. Peut provoquer une irritation cutanée.																	
	H317 : Sensibilisation. 1. Peut provoquer une réaction allergique cutanée																	

FR - Fiche de données de sécurité

Nom commercial : **EndoSequence® BC Liner™**

Conseils de prudence

P261 : Éviter d'inhaler les émanations.

P280 : Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux

P305 + P351 + P338 : En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact si elles sont présentes et si cela est facile à faire. Continuer à rincer.

P337 + P317 : Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin.

P302 + P352 : Laver abondamment à l'eau et au savon.

P333+P317 : En cas d'irritation ou d'éruption cutanée, consulter un médecin.

P410+P411 : Protéger des rayons du soleil. Stocker à une température ne dépassant pas 27 °C/80 °F.

3.0 Composition

3.1 Caractérisation chimique Résine ionique bioactive avec agent de remplissage en verre réactif

3.2 Ingrédients dangereux

Numéro CAS	Nom de l'ingrédient	Concentration (%) BASE/REVÊTEMENT	Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP).
Exclusif	Mélange de diuréthane et d'autres méthacrylates avec de l'acide polyacrylique modifié	53.20	Irritation oculaire, 2, H319 STOT SE 3, H335 Irritation cutanée, 2, H315 Sensibilisation cutanée, 1, H317
12945-52-5	Silice amorphe	3.00	Irritation oculaire, 2, H319 STOT SE 3, H335 Irritation cutanée, 2, H315
7681-49-4	Fluorure de sodium	0.90	Toxicité aiguë, 4, H302 Irritation cutanée, 2, H315 Irritation oculaire, 2, H319

4.0 Mesures de premiers soins

4.1	Informations générales	Peut être irritant pour les yeux, le système respiratoire et la peau. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Ne pas inhaler les vapeurs. Peut provoquer une sensibilisation par contact avec la peau. Montrer cette fiche de données de sécurité au personnel médical. Consulter un médecin en cas d'incertitude.
4.2	Inhalation	Déplacer la personne à l'air frais. Au besoin, administrer de l'oxygène et/ou une respiration artificielle. Consulter un médecin.
4.3	Contact avec la peau	Retirer les vêtements contaminés. Laver soigneusement la peau à l'eau et au savon.
4.4	Contact avec les yeux	Séparer les paupières; rincer à l'eau courante pendant plus de 15 minutes. Consulter un médecin.

FR - Fiche de données de sécurité

 Nom commercial : **EndoSequence® BC Liner™**

4.5	Ingestion	Rincer la bouche à l'eau. Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin. Peut être irritant pour les muqueuses. Ne rien porter à la bouche d'une personne inconsciente.
4.6	Précautions pour les premiers répondants	Ventiler la zone. Porter des lunettes de sécurité et une protection de la peau.
4.7	Renseignements à l'intention des médecins	
	Symptômes	Irritation ou rougeur des yeux, de la gorge ou de la peau.
	Dangers	Peut être irritant pour les yeux, le système respiratoire et la peau. Peut provoquer une sensibilisation par contact avec la peau.
	Traitement	Comme indiqué ci-dessus dans la section Premiers soins.
5.0 Mesures de lutte contre l'incendie		
5.1	Agent d'extinction adapté	Utiliser du dioxyde de carbone, un produit chimique sec, de la mousse d'alcool ou de l'eau pulvérisée. De l'eau pulvérisée peut être utilisée pour garder frais les contenants exposés au feu.
5.2	Moyens d'extinction à éviter	Ne pas utiliser de jet d'eau direct
5.3	Dangers spécifiques en cas d'exposition lors d'incendie	La chaleur peut provoquer une polymérisation avec libération rapide d'énergie.
5.4	Équipement de protection pour les pompiers	Appareil de protection respiratoire autonome
6.0 Mesures en cas de dispersion accidentelle		
6.1	Précautions individuelles	Porter des lunettes de sécurité, des gants et une blouse de laboratoire.
6.2	Précautions environnementales	Éviter de libérer de grandes quantités de matériau non durci dans l'environnement. À notre connaissance, les matériaux durcis/préparés sont inertes.
6.3	Méthode de nettoyage	Contenir le produit renversé. Absorber ou essuyer le déversement avec un matériau approprié (essuie-tout ou chiffons). Recueillir pour la mise au rebut dans un récipient couvert. Laver la zone du déversement avec de l'alcool ou du savon et de l'eau.
7.0 Mesures de manipulation et de stockage		
7.1	Manipulation	À utiliser uniquement par des professionnels dentaires. Respecter les bonnes pratiques d'hygiène. Éviter les sources de lumière directe/forte, les températures extrêmes (> 27 °C/80 °F, < 5 °C/40 °F), la contamination, la contamination croisée. Refermer immédiatement après utilisation.
7.2	Stockage	Stocker le produit hermétiquement fermé dans le contenant d'origine à température ambiante fraîche (< 25 °C). La durée de stockage du produit non ouvert est de deux ans à compter de la date de fabrication, à condition que le matériau ait été stocké correctement.
7.3	Utilisations spécifiques	Matériau dentaire

FR - Fiche de données de sécurité

 Nom commercial : **EndoSequence® BC Liner™**

8.0 Contrôles d'exposition/protection personnelle		
8.1	Valeurs limites d'exposition	LEP : Non établies. VLEP : Non établies.
8.2	Contrôles d'exposition	
8.2.1	Contrôles d'exposition professionnelle	Aucun équipement spécial requis dans des conditions normales d'utilisation
8.2.1.1	Protection respiratoire	Une bonne ventilation générale est suffisante pour contrôler les émanations en suspension dans l'air.
8.2.1.2	Protection des mains	Aucune exigence particulière autre que les gants chirurgicaux habituels portés par le personnel dentaire.
8.2.1.3	Protection oculaire	Aucune exigence particulière autre que les lunettes de sécurité habituelles portées par le personnel dentaire.
8.2.1.4	Protection de la peau	Bonnes pratiques en matière d'hygiène et de sécurité personnelles; port d'une blouse de laboratoire.
8.2.1.5	Autres contrôles	Une fontaine de rinçage d'urgence des yeux doit être disponible. Se laver les mains après utilisation.
9.0 Propriétés physiques et chimiques		
8.2.2	Contrôles d'exposition environnementale	Polymériser le matériau avant de le jeter.
9.1	Caractéristiques	
9.1.1	Apparence / Couleur / État physique	
		BASE/REVÊTEMENT
	Partie A	Pâte jaunâtre
	Partie B	Pâte blanc cassé
9.1.2	Odeur	Faible, caractéristique
9.2	Information importante sur la santé, la sécurité et l'environnement	
9.2.1	pH	Indéterminé
9.2.2	Point d'ébullition	Indéterminé
9.2.3	Point d'éclair	Indéterminé
9.2.4	Inflammabilité (solide, gaz)	Sans objet
9.2.5	Propriétés explosives	Sans objet
9.2.6	Propriétés oxydantes	Indéterminé
9.2.7	Pression de la vapeur	< 1 mm Hg
9.2.8	Gravité spécifique	
		BASE/REVÊTEMENT
	Partie A	1,460
	Partie B	1,380
9.2.9	Solubilité dans l'eau	Nulle
9.2.10	Coefficient de répartition :	Indéterminé

FR - Fiche de données de sécurité

 Nom commercial : **EndoSequence® BC Liner™**

9.2.11	Viscosité	Indéterminé
9.2.12	Densité de vapeur	Indéterminé
9.2.13	Taux d'évaporation	Indéterminé

10.0 Stabilité et réactivité

10.1	Conditions à éviter	Température > 38 °C, lumière intense, contamination croisée.
10.2	Matériaux à éviter	Agents réducteurs et oxydants, peroxydes, amines.
10.3	Produits de décomposition dangereuse	Dans des conditions d'incendie et avec des quantités supérieures à celles fournies dans ce produit, une polymérisation dangereuse peut se produire avec l'accumulation de chaleur et la libération de monoxyde de carbone, dioxyde de carbone et oxydes d'azote.
10.4	Informations complémentaires	Matériau stable s'il est stocké et utilisé conformément aux instructions. La polymérisation se produit lorsque le matériau photopolymérisé est exposé à la lumière directe.

11.0 Informations toxicologiques

11.1	Toxicité aiguë	Le produit fini sous forme de pâte présente un risque minimal pour la santé dans des conditions normales d'utilisation et dans les quantités nécessaires à la restauration dentaire. Fluorure de sodium : Voie orale pour le rat DL ⁵⁰ : 180 mg/kg; silice, amorphe : Voie orale pour le rat DL ⁵⁰ : 3 160 mg/kg
11.2	Irritation et corrosion	Peut être irritant pour les yeux, les voies respiratoires, les muqueuses ou la peau en cas de contact ou d'exposition prolongée.
11.3	Sensibilisation	Peut être sensibilisant. Un contact prolongé ou fréquent avec la peau peut provoquer des réactions allergiques cutanées chez certaines personnes sensibles.
11.4	Toxicité sous-aiguë, sous-chronique et prolongée	Un contact prolongé et/ou fréquent avec la peau peut provoquer des réactions allergiques cutanées chez les personnes sensibles. Une exposition prolongée à de grandes quantités (plus que dans ce produit) peut provoquer une irritation des yeux et des voies respiratoires.
11.5	Cancérogénicité, mutagénicité et toxicité pour la reproduction	Aucune connue
11.6	Données empiriques	La biocompatibilité a été testée et jugée acceptable.

12.0 Informations écologiques

12.1	Écotoxicité	Éviter le rejet de matériel non durci dans l'environnement. À notre connaissance, le matériau polymérisé est inerte. Aucune autre information n'est disponible. Suivre toutes les réglementations gouvernementales.
------	-------------	---

13.0 Considérations relatives à l'élimination

13.1	Règlements	Respecter toutes les réglementations gouvernementales locales et nationales en matière d'élimination des matériaux ou des emballages contaminés.
------	------------	--

FR - Fiche de données de sécurité

 Nom commercial : **EndoSequence[®] BC Liner[™]**

14.0 Informations relatives au transport		
14.1	Restrictions	Aucune Non réglementé.
15.0 Informations réglementaires		
15.1	Règlements de l'UE	Dispositifs médicaux de classe IIa selon la directive MDD 93/42/CEE.
15.2	FDA des États-Unis	Dispositifs médicaux de classe II
15.3	Santé Canada	Dispositifs médicaux de classe III
16.0 Autres informations		
16.1	Mentions de danger	H319 : Irritation oculaire. Catégorie de danger 2. H335 : Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) – Exposition unique 3. Irritation des voies respiratoires. H315 : Irritation cutanée. Catégorie de danger 2. H317 : Sensibilisation cutanée. Catégorie de danger 1.
16.2	Conseils de prudence	P261 : Éviter d'inhaler les émanations. P280 : Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux P305 + P351 + P338 : En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact si elles sont présentes et si cela est facile à faire. Continuer à rincer. P337 + P317 : Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin. P302 + P352 : Laver abondamment à l'eau et au savon. P333 + P317 : En cas d'irritation ou d'éruption cutanée, consulter un médecin. P410 + P411 : Protéger des rayons du soleil. Stocker à une température ≤ 27 °C/80 °F.
16.3	Restrictions d'utilisation	<i>EndoSequence[®] BC Liner[™]</i> doit être vendu et utilisé exclusivement par des professionnels dentaires.
16.4	Informations complémentaires	Les informations présentées ici sont considérées comme étant factuelles et ont été obtenues à partir des travaux de personnes censées être des experts qualifiés. Cependant, rien dans cette fiche n'est à prendre comme une garantie ou une représentation pour laquelle Brasseler U.S.A. Dental, LLC assume la responsabilité juridique. L'utilisateur doit examiner les recommandations dans le contexte spécifique de l'utilisation prévue pour déterminer si elles sont appropriées.
16.5	Sources des principales données	National Institute for Occupational Safety (NIOSH) US Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Eur-Lex European Union Law : Règlement (EC) n° 1272/2008 (CLP), Règlement (EC) n° 487/2013 et Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH).

FR - Fiche de données de sécurité

Nom commercial : **EndoSequence® BC Liner™**

Directives de l'Agence européenne des produits chimiques sur la compilation des fiches de données de sécurité, version 4.0, avril 2020

16.6 Informations ajoutées,
supprimées ou révisées.

Cette fiche de données de sécurité a été révisée pour répondre aux exigences de format des FDS GHS, Règlement (CE) n° 487/2013 (CLP), (CE) n° 1907/2006 (REACH) et ECHA, version 4.0, avril 2020